

Evaluation des systèmes d'alarme dans le traitement de l'énurésie nocturne primaire monosymptomatique (Anaes - mars 2003)

Tableau 3. Efficacité et sécurité absolues des traitements anti-énurésie.

Traitement	Succès initial (14 nuits sèches consécutives)	Succès à long terme	Niveau de preuve	Avantages
Desmopressine	RR vs placebo 4,6, IC 95 % 1,4 à 15	pas supérieur au placebo	MA de 3 ECR	Efficace durant le traitement, peu d'effets indésirables si conseils appropriés pré-thérapeutiques
Anti-dépresseurs tricycliques	RR vs placebo 5,0, IC 95 % 2,4 à 10,4	pas supérieur au placebo (RR 1,1)	MA de 5 ECR	Éfficace durant le traitement
Alarmes	RR vs aucun traitement 13,3 IC 95 % 5,6 à 31	31-61 % toujours secs à 3 mois. rechute 9 fois moins probable qu'avec la desmopressine	MA de 9 ECR	Sûres

D'après Bosson et Lyth, 2001 (31) et Evans, 2001 (32).

Nous remercions l'ANAES de nous avoir autorisés à mettre en ligne ce document sur notre site.
Anaes - Service communication - 2, avenue du Stade de France - 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex